

Certificado de Análise

Sistema de Gestão da Qualidade Certificado ISO 9001

NÚMERO: 097366

Padrão: Tampão pH 2,00 (Citrato) Código Produto: SQ36160 Data de Expedição: 09/2019 Densidade (20 °C): 1,0035 g/mL

Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F19H0374I Validade: 12 meses Matriz: Água

Valor Certificado: 2,00 pH +/- 0,02 pH a 25,0°C +/- 0,2°C

1 – Informações

Esta solução padrão de pH foi preparada pela dissolução de ácido cítrico $(C_6H_8O_7)$, cloreto de sódio (NaCl) e ácido clorídrico (HCl), todos de pureza analítica, em água purificada com condutividade $< 2 \mu S/cm$, resultando em um pH nominal de 2,00 a 25°C. É destinada principalmente para verificação de pHmetros calibrados na faixa ácida

2 - Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c) upH$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3^a Ed. INMETRO (2003) e incorpora as incertezas do padrão NIST utilizado na rastreabilidade. O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos e incertezas dos padrões utilizados.

3 - Rastreabilidade

O valor de pH e incerteza foram determinados pelo método eletrométrico baseado na metodologia "Standardization of pH Measurements" (NIST Publication 260-53) com a utilização de pHmetro com resolução de 0,1mV calibrado eletronicamente com padrões RBC e empregando materiais de referência NIST, que são rastreados ao Eletrodo Padrão de Hidrogênio (EPH). A resposta do equipamento de medição utilizado na rastreabilidade apresentou uma eficiência superior a 58 mv/pH ou 98%.

Padrões NIST empregados:

pH 4,00: SRM 185i Potassium Hydrogen Phthalate

pH 6,86: SRM 186-I-g Potassium Dihydrogen Phosphate e 186-II-g Disodium Hydrogen Phosphate

4 – Utilização

Manter sempre a solução tampão no frasco original e descartar as frações utilizadas nas calibrações.

Nunca retornar frações utilizadas para o frasco original, já que este procedimento pode acarretar contaminações microbiológicas que provocam a degradação da solução tampão.

Conservar o frasco tampado em local seco, livre de vapores químicos e em temperatura ambiente controlada entre 15°C a 30°C.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 - Aprovação do Certificado

Data de aprovação: 09/2019

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samora Minussi Rodrigues

Villey P. A. Granado

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

1/1