

NÚMERO: 095896

Padrão: Redox 476 mV - Solução Light's
Código Produto: SQ35490
Data de Expedição: 09/2019
Densidade (20 °C): 1,1048 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F19F0401I
Validade: 12 meses
Matriz: Água

Valor Certificado: 476 mV +/- 5 mV**1 – Informações**

Este padrão consiste em uma solução de sulfato ferroso amoniacal $[\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2]$, sulfato férrico amoniacal $[\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)_2]$ e ácido sulfúrico (H_2SO_4) dissolvidos em água tipo I ($>18 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$). Foi preparado segundo metodologia descrita no Standards Methods for Examination of Water and Wastewater, 22ª Edição método 2580-B. É destinado principalmente ao uso em medições potenciométricas de potencial redox em meio aquoso com eletrodo indicador de platina.

Potencial redox da solução de Light a 25°C com eletrodos de platina e diferentes eletrodos de referência

	Tipo de Eletrodo de Referência				Padrão Hidrogênio
	Calomelano (Hg/Hg ₂ Cl ₂)	Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl)	Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl)	Prata/Cloreto de Prata (Ag/AgCl)	
Tipo de Eletrólito	KCl Saturado	KCl 1,00 M	KCl 4,00 M	KCl Saturado	-
Potencial (mV)	+ 430	+ 439	+ 475	+ 476	+ 675

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003).

O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas associadas a exatidão e precisão do equipamento.

3 – Rastreabilidade

O equipamento utilizado para determinação do potencial desta solução foi calibrado por laboratório pertencente à Rede Brasileira de Calibração (RBC).

4 – Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.

Usar óculos de segurança para manusear esta solução.

Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.

Comparar o potencial desta solução de acordo com o tipo de eletrodo de referência que esta sendo usado com o eletrodo indicador de platina.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 09/2019

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado