

NÚMERO: 101408

Padrão: Acido Oxálico 0,2N (0,1M)
Código Produto: SQ30782
Data de Expedição: 01/2020
Densidade (20 °C): 1,0027 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F20A0543A
Validade: 12 meses
Matriz: Água

Valor Certificado: 0,19924 N +/- 0,00100 N**1 – Informações**

Esta solução foi preparada pela dissolução do ácido oxálico ($C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$) de pureza analítica PA/ACS em água destilada. É destinada principalmente para uso em laboratório em titulações de oxi-redução como em titulações com permanganato de potássio ($KMnO_4$). Para a preparação desta solução foi utilizado o equivalente-grama de 45,017 g. Esta solução apresenta concentração de 4,502 g/L de $H_2C_2O_4$.

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003). O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos e incerteza do padrão NIST utilizado.

3 – Rastreabilidade

Este padrão é rastreado gravimetricamente ao NIST, gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibração (RBC), sendo sua concentração verificada pela utilização de padrão secundário ou primário diretamente rastreado ao NIST através da utilização de métodos titulométricos, gravimétricos ou qualquer outro que permita a sua comparação. A concentração deste padrão foi analisada por titulação com $KMnO_4$ padronizado com o SRM 8040 NIST.

4 – Utilização

A solução apresenta validade de 1 ano, mas para usos analíticos em volumetria recomenda-se repadronização mensal ou acompanhamento com carta de controle estatístico.

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.

Usar óculos de segurança para manusear esta solução.

Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 01/2020

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado