

NÚMERO: 163981

Padrão: Condutividade 25 µS/cm
Código Produto: SQ32510
Data de Expedição: 02/2026
Densidade (20 °C): 0,8328 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F25J0056B
Validade: 12 meses
Matriz: n-Propanol

Valor Certificado: 25,0 µS/cm +/- 0,5 µS/cm a 25,0 °C +/- 0,2 °C

1 – Informações

Este padrão de condutividade foi preparado a partir de solução de cloreto de potássio (KCl) diluído em n-propanol e deve ser utilizada para calibração ou verificação de condutímetros. O coeficiente de variação da condutividade para esta solução em função da temperatura no intervalo de 0 a 50°C é de aproximadamente 3 % por °C. O valor certificado foi obtido mantendo-se a temperatura em 25,0 °C. Sua formulação e certificação esta baseada no NIST Special Publication 260-142 Primary Standards and Standards Reference Materials for Electrolytic Conductivity.

Correlação de temperatura versus condutividade para padrões de KCl em água

Temperatura (°C)	Condutividade ⁽¹⁾ (µS/cm)	Temperatura (°C)	Condutividade ⁽¹⁾ (µS/cm)	Temperatura (°C)	Condutividade ⁽¹⁾ (µS/cm)
20	21,5	24	24,3	29	28,1
21	22,1	26	25,8	30	29,0
22	22,8	27	26,5	35	33,6
23	23,5	28	27,3	40	38,9

⁽¹⁾ Valores não certificados.

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003) e incorpora as incertezas dos padrões utilizados na rastreabilidade. O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos, pureza do sal e equipamento utilizado.

3 – Rastreabilidade

As grandezas de massa, volume e condutividade relacionada com a calibração do condutímetro, são rastreadas a Rede Brasileira de Calibração (RBC). A concentração de cloreto de potássio deste padrão ou da solução de origem é rastreada ao SRM 999c NIST via titulação potenciométrica com $AgNO_3$.

4 – Utilização

Ajustar o coeficiente de variação de temperatura do equipamento para 3 % por °C.

Termostatar a solução padrão à 25°C por 20 minutos em recipiente de vidro e fechado ou verificar sua temperatura.

Lavar a célula com água destilada e rinsar com um pouco da solução padrão.

Mergulhar a célula na solução padrão e aguardar a estabilização da leitura.

É recomendável que esta solução seja somente usada para verificação e não para ajuste da constante de célula.

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Manter longe de chama, calor e fontes de ignição por ser inflamável.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 02/2026

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado