

NÚMERO: 155604

Padrão: Cor APHA 20
Código Produto: SQ32700
Data de Expedição: 02/2025
Densidade (20 °C): 0,9991 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F25A0789B
Validade: 24 meses
Matriz: HCl 0,4%

Valor Certificado: 20,0 mg /L +/- 0,2 mg /L de Platina (Pt/Co Escala)

1 – Informações

Esta solução padrão de cor foi preparada pela dissolução de hexacloroplatinato de potássio (K_2PtCl_6) 99,9%, cloreto cobaltoso hexahidratado ($CoCl_2 \cdot 6H_2O$), ácido clorídrico e água Tipo I, resultando em um padrão de cor APHA igual a 20, segundo o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23ª Edição. É destinado para medição de cor em água, principalmente pelo método comparativo visual, mas também pode ser aplicado para outras substâncias que apresentem especificações nesta escala. Contém 20 mg de platina para 1L de solução.

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003). O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos e pureza do sal de platina utilizado.

3 – Rastreabilidade

Este padrão é rastreado gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibração (RBC), sendo suas absorbâncias analisadas em espectrofotômetro duplo feixe com caminho ótico de 100 mm calibrado com os SRMs NIST 2034 e SRM 935a.

4 – Utilização

Comparar a cor da amostra com o padrão nas mesmas condições.

Recomenda-se utilização de tubo comparador cilíndrico de grande percurso ótico (> 10 cm) para melhor percepção da cor do padrão e amostra.

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Manter o frasco sempre fechado para evitar contaminações.

Utilizar óculos de segurança para manusear esta solução.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 02/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado