

NÚMERO: 123972

Padrão: Endosulfan-beta 100 mg/L (ppm)
Código Produto: PO0100014
Data de Expedição: 05/2022
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F22E0454E
Validade: 12 meses
Matriz: Metanol

Valor Certificado: 100,0 mg/L +/- 1,0 mg/L

1 – Informações

Este padrão consiste em uma solução de Endosulfan-beta, preparado pela diluição da substância com teor > 99% em solvente grau HPLC. É destinado principalmente ao uso em análises por cromatografia gasosa com detector de ionização de chama (FID), captura de elétrons (ECD) ou espectrometria de massas (CG-MS).

Componente: **Endosulfan-beta**
Fórmula: **C₉H₆Cl₆O₃S**
CAS: **33213-65-9**
Lote: **ER031704-03**

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003). O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos e pureza da substância utilizada.

3 – Rastreabilidade

Este padrão é rastreado gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibração (RBC).

4 – Utilização

Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Realizar as análises imediatamente após a abertura das ampolas.
Descartar as ampolas e seu conteúdo após o uso.
Manter longe de calor, chama e fontes de ignição por ser inflamável.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 05/2022

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado

