

NÚMERO: 139090

Padrão: Densidade 50 °Be (Baumé) menos denso que água
Código Produto: DENS10
Data de Expedição: 09/2023
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F23I0029I
Validade: 12 meses
Matriz: Hexano/Etanol

Valor Certificado: 0,7770 g/cm³ +/- 0,0004 g/cm³ a 20°C +/- 0,2°C
50,1802 °Be +/- 0,0928 °Be a 20,0 °C +/- 0,2 °C

1 – Informações

Este padrão de densidade consiste de uma solução de hexano e etanol. É destinado para calibração de densímetros de imersão tipo Baumé para líquidos menos densos que a água. O valor da densidade em °Be a 20°C pode ser obtido pela seguinte fórmula como descrito em Lange's Handbook of Chemistry, Eleventh Edition, pg 10-87

$DR(20^{\circ}C/4^{\circ}C) = 140 \div (130 + ^{\circ}Be)$ onde DR é a densidade relativa do líquido. Como a 4°C a densidade da água é 1,0000 g/cm³, a densidade relativa (20°C/4°C) do líquido é igual a sua própria densidade.

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003). O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos e volumétricos.

3 – Rastreabilidade

Todas as vidrarias, balanças e termômetros utilizados para a preparação desta solução foram calibrados por laboratórios da Rede Brasileira de Calibração (RBC) conforme relação abaixo:

Código	Descrição	Data da Calibração	Validade	Nº do certificado	Laboratório	Rastreabilidade
Q-025	Densímetro Digital DMA48	03/2019	03/2024	E10476/19	Elus Instrumentação	RBC

4 – Características da solução

Solução: límpida, incolor e odor etílico
pH: não aplicado

5 – Utilização

Manter a solução na embalagem original e em local fresco e ventilado.
Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C).
Usar óculos de segurança e luvas para manusear esta solução.
Nunca retornar para o frasco original restos de soluções já fracionadas.
Materiais recomendados: Vidro, frascos plásticos (PE, PP, PTFE) e aço inox 316.
Manter longe de chama e fontes de calor por ser inflamável.

Este certificado de análise restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

6 – Aprovação

Data de aprovação: 09/2023

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado