

NÚMERO: 154672

Padrão: Silício 1000 mg/L (ppm)
Código Produto: AASI1000V
Data de Expedição: 01/2026
Densidade (20 °C): 1,0260 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F24L0546A
Validade: 24 meses
Matriz: HNO₃ 5% + HF <1%

Valor Certificado: 1000 mg/L +/- 5 mg/L
0,975 mg/g +/- 0,005 mg/g

1 – Informações

Este padrão consiste de uma solução de silício, preparada a partir da dissolução do dióxido de silício (SiO₂) com teor > 99,9% em mistura de ácidos nítrico e fluorídrico de alta purezas e diluídos com água tipo I (> 18 MΩ.cm). É destinado principalmente para uso em análises de metais por técnicas atômicas como a espectrofotometria de absorção atômica de chama (FAAS) ou forno de grafite (GFAAS).

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003) e incorpora as incertezas do padrão NIST utilizado na rastreabilidade. O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas, associadas a fatores gravimétricos, volumétricos, pureza do sal e incerteza do padrão NIST utilizado.

3 – Rastreabilidade

Este padrão é rastreado gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibração (RBC), sendo sua concentração verificada pela utilização de padrão secundário ou primário diretamente rastreado ao NIST através da utilização de métodos titulométricos, gravimétricos ou qualquer outro que permita a sua comparação. A concentração deste padrão foi analisada por ICP-AES calibrado com padrão rastreado ao SRM 3150 NIST.

4 – Utilização

Recomenda-se que todas as diluições deste padrão sejam feitas com ácido nítrico 5%, utilizando-se balanças, pipetas e balões de plástico calibrados. A conversão de unidade mg/L para mg/g é obtida pela fórmula $C/(d \times 1000)$, onde C = Concentração em mg/L e d = densidade em g/mL.

A perda de água por transpiração pela parede do frasco é de aproximadamente 0,2% por ano, se mantido fechado e armazenado em condições de temperatura ambiente entre 15°C a 30°C.

Utilizar pipetas de plástico e balões volumétricos para diluição e conservação dos padrões de trabalho, já que contém ácido fluorídrico que é corrosivo do vidro.

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 01/2026

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado